KOTEK II *inventa*™

PIONIZATOR

CE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Our passion – your independence!

AKCES MED



5 903240 632879

UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy Akces-MED sp. z o.o. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!

UWAGA! AKCES-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych oraz z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r, Nr 876 ze zm.). Na wyrób producent wystawił stosowaną deklarację zgodności.

Firma Akces-Med Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 13485 DNV

SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji....5
2. Wskazania do stosowania....5
3. Ogólna budowa pionizatora....6
3.1 Wyposażenie standardowe....6
3.2 Wyposażenie ponadstandardowe....6
4. Tabela wymiarowa....8
5. Szczegółowy opis obsługi....9
5.1 Ustawienie wysunięcia podestu....9
5.2 Ustawienie stabilizatora tułowi....10
5.3 Ustawienie stabilizatora kolan....11
5.4 Ustawienie zagłówka....12
5.5 Ustawienie stabilizatora stóp....12
6. Wyposażenie ponadstandardowe....14
7. Konfiguracja urządzenia do pionizacji tyłem....16
8. Użytkowanie wyrobu....17
8.1 Przygotowanie pacjenta....17
8.2 Instrukcja użytkowania pionizatora....18
8.3 Pionizacja....20
9. Zasady bezpieczeństwa....22
10. Konserwacja i czyszczenie....25
11. Oznakowanie....27

WSTĘP

Pionizator **KOTEK II INVENTO™** umożliwia indywidualne podejście do potrzeb dziecka i jego rodziny. Odpowiednia konfiguracja urządzenia pozwala na pionizację tyłem lub przodem w zależności od dysfunkcji narządu ruchu i wskazań medycznych/terapeutycznych. Dobór właściwego dla dziecka sposobu pionizacji, dostarczy pozytywnych bodźców niezbędnych do dalszego rozwoju.

Zmiana ustawień i regulacja kąta nachylenia, pozwala na płynne przeprowadzenie dziecka z pozycji leżącej do stojącej. Pionizator posiada także zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkową zmianę pozycji.
Znacznym ułatwieniem podczas użytkowania pionizatora **KOTEK II INVENTO™** jest podziałka wskazująca kąt pochylenia pionizatora. Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się w pionizatorze **KOTEK II INVENTO™** bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w pozycji pionowej. W trosce o małego pacjenta produkt został wykonany z ekologicznych, bezpiecznych dla człowieka i środowiska materiałów.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiecie się, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:
Konsultant medyczny: tel.kom. +48 516 183 883
Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1 PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania pionizatora **KOTEK II INVENTO™**, przygotowania urządzenia do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania pionizatora **KOTEK II INVENTO™** użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

2 WSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Zalecany dla dzieci, młodzieży u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami.
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby reumatyczne.
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

3 OGÓLNA BUDOWA PIONIZATORA

3.1. Wyposażenie standardowe

1. Podest z kołami jezdnymi
2. Stabilizator stóp
3. Stabilizator kolan
4. Peloty biodrowe
5. Peloty piersiowe
6. Pas stabilizujący biodra
7. Pas stabilizujący klatkę piersiową
8. Zagłówek (stosowany podczas pionizacji tyłem)



3.2. Wyposażenie ponadstandardowe


KTI_003
Miękka osłona na stolik


KTI_015
KTI_020
KTI_016
Koło TANGO 75/100/125 mm


KTI_102
Pas podtrzymujący głowę


KTI_103
Stopki z regulacją 3D


KTI_401
Stolik do terapii manualnej



KTI_403
Stolik



KTI_410
Pokrowiec na zagłówek


KTI_425
Stolik z pojemnikiem na zabawki


KTI_725
Tapicerka medyczna

4 TABELA POMIAROWA





Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1		Rozmiar 2	
			Pionizacja tylna	Pionizacja przednia	Pionizacja tylna	Pionizacja przednia
A	Rozstaw pelot biodrowych	[cm]	14-27	14-27	18-31	18-31
B	Głębokość pelot biodrowych	[cm]	15	15	15	15
C	Regulacja wysokości pelot biodrowych	[cm]	30-59	34-59	27-78	40-78
A1	Rozstaw pelot piersiowych	[cm]	14-27	14-27	18-31	18-31
B1	Głębokość pelot piersiowych	[cm]	15	15	15	15
C1	Regulacja wysokości pelot piersiowych	[cm]	46-75	50-75	50-97	65-97
D	Wysokość zagłówka	[cm]	72-106	–	80-135	-
G	Rozstaw pelot kolanowych	[cm]	14-23	14-23	14-23	14-23
H	Wysokość pelot kolanowych	[cm]	15-31	15-54	15-54	15-54
	Kąt pochylenia pionizatora	[°]	0-90		0-90	
	Max. waga użytkownika	[kg]	35		45	


	Wymiary i waga sprzętu	Jednostka		
	szerokość	[cm]	60	60
	długość	[cm]	81	81
	wysokość	[cm]	85	90
	waga	[kg]	21	21

5 OPIS OBSŁUGI PIONIZATORA


5.1 Ustawienie wysunięcia podestu

Jest to główne dopasowanie urządzenia do wysokości użytkownika. W tym celu należy:

- wykręcić śrubę znajdującą się w dolnej części pionizatora kluczem obsługowym 5 mm dołączonym do urządzenia (zdj. 5.1),
- ustawić pożądaną pozycję podestu (zdj. 5.2),
- włożyć śrubę w kolejny otwór i dokręcić ją kluczem (zdj. 5.2).



zdj. 5.1




zdj. 5.2


5.2 Ustawienie stabilizatora tułowia

W celu prawidłowego ustawienia stabilizatora tułowia należy:


- ustawić położenie całego stabilizatora tułowia poprzez poluzowanie śrub, ustawienie pożądanej pozycji i dokręcenie śrub kluczem (zdj. 5.3),
- ustawić położenie pelot biodrowych (zdj. 5.4),
- ustawić rozstawienie pelot biodrowych i piersiowych (zdj. 5.5).



zdj. 5.3



zdj. 5.4





zdj. 5.5


5.3 Ustawienie stabilizatora kolan


Aby odpowiednio ustawić stabilizator kolan należy:

- ustawić położenie wysokości stabilizatora kolan (zdj. 5.6),
- ustawić rozstaw pelot kolanowych (zdj. 5.7),
- ustawić położenie poduszki podkolanowej (zdj. 5.8),
- w przypadku konfiguracji urządzenia do pionizacji tyłem dodatkowo ustawić położenia pelot kolanowych (zdj. 5.9).


zdj. 5.6


zdj. 5.7


zdj. 5.8


zdj. 5.9

5.4 Ustawienie zagłówka


Zagłówek stosowany jest tylko podczas pionizacji tyłem. Sposób jego montażu przedstawiono w rozdziale 7 na zdjęciu nr 1.

W celu prawidłowego ustawienia zagłówka należy:

- ustawić wysokość, odpowiedni kąt położenia względem głowy pacjenta oraz jego wysunięcie do przodu (zdj. 5.10),
- odpowiednio wyprofilować zagłówek dopasowując go do wielkości głowy dziecka (zdj. 5.11).



zdj. 5.10



zdj. 5.11

5.5 Ustawienie stabilizatora stóp

a) Zapiętki

W celu odpowiedniego ustawienia zapiętek stabilizatora stóp należy ustawić:

- położenie i rozstaw zapiętek (zdj. 5.12),
- szerokość zapiętek, dopasować ją należy do obuwia w którym dziecko będzie pionizowane (zdj. 5.13).



zdj. 5.12



zdj. 5.13

b) Stopki z regulacją w trzech płaszczyznach (wyposażenie ponadstandardowe)

Jeżeli wyrób został wyposażony w stopki z regulacją w trzech płaszczyznach ustawiamy:

- położenie i rozstaw stopek (zdj. 5.14),
- pochylenie stopek na boki (zdj. 5.15).



zdj. 5.14



zdj. 5.15


6 WYPOSAŻENIE PONADSTANDARDOWE

6.1 Ustawienie stolika

Sposób ustawienia wysokości, montażu i kąta pochylenia stolika przedstawiają kolejno poniższe zdjęcia 6.16, 6.17 i 6.18.
Jeżeli podczas pionizacji tyłem konieczne jest dodatkowe obniżenie stolika wychodzące poza zakres regulacji wówczas należy obrócić wspornik tak jak przedstawiono na zdj. 6.19.


zdj. 6.16



zdj. 6.17



zdj. 6.18


zdj. 6.19

6.2 Stolik do terapii manualnej

Stolik do terapii manualnej montować należy po procesie pionizacji. W tym celu należy położyć go na stoliku podstawowym i od dołu przykręcić go dwoma śrubami tak jak przedstawiono na poniższych zdjęciach 6.20 i 6.21.


zdj. 6.20


zdj. 6.21

6.3 Pas podtrzymujący głowę

Mocowany jest rzepami do tylnej części zagłówka (zdj. 6.22). Stosuje się go tylko w przypadku konfiguracji urządzenia do pionizacji tyłem.


zdj. 6.22

6.4 Miękka osłona na stolik

Aby zamontować miękką osłonę należy:

- Na blat stolika nakleić 5 samoprzylepnych rzepów;
- Nałożyć miękką osłonę w taki sposób, aby jej krawędzie pokrywały się z krawędziami blatu stolika.



zdj. 6.23



zdj. 6.24


7 KONFIGURACJA URZĄDZENIA DO PIONIZACJI TYŁEM

Aby przygotować urządzenie do pionizacji tyłem należy:

1 - zamontować zagłówek
2 - przełożyć wsporniki stolika
3 - przełożyć peloty kolanowe na drugą stronę stabilizatora kolan
4 - przełożyć zapiętki w stabilizatorze stóp











8 UŻYTKOWANIE WYROBU



UWAGA! Pionizator **KOTEK II INVENTO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej. Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!

8.1. Przygotowanie pacjenta

Przed rozpoczęcie użytkowania wyrobu należy zadbać o to aby:

- strój pacjenta był lekki, nie krępujący ruchów, najlepiej sportowy,
- obuwie było wygodne, głębokie, wysoko sznurowane, dobrze stabilizujące staw skokowy,
- pacjenta nie był umieszczany w urządzeniu bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. były one zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- w przypadku wskazań do stosowania zaopatrzenia ortopedycznego (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne) założyć je.



UWAGA! Ubiór musi chronić skórę pacjenta przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

UWAGA! Decyzję o stosowaniu określonego zaopatrzenia ortopedycznego podejmuje lekarz prowadzący!

8.2. Instrukcja użytkowania pionizatora

1.Aby przystąpić do prawidłowej eksploatacji należy:

- Rozłożyć urządzenie
- Ustawić urządzenie na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając dobry dostęp do pionizatora i osoby pionizowanej, w bezpiecznej odległości od źródeł ognia i wysokiej temperatury
- Upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należycie zamocowane i stabilne
- Sprawdzić stan kół i hamulców
- Zablokować hamulce
- Zablokować wszystkie cztery koła naciskając na hamulce.
- Skonfigurować urządzenie do ustalonego wcześniej sposobu pionizacji.


Standardowo dostarczane do pacjenta urządzenie jest skonfigurowane do pionizacji przodem. Sposób konfiguracji do pionizacji tyłem przedstawiony jest w rozdziale 8 niniejszej instrukcji.



UWAGA! Decyzję o sposobie pionizacji podejmuje lekarz prowadzący lub terapeuta!

- Dopasować urządzenie do pacjenta
- Ustawić pionizator w pozycji leżącej odblokowując go poprzez naciśnięcie stopą na pedał (zdj. 8.1).
- Rozpiąć pasy stabilizujące klatkę piersiową, biodra a jeżeli pionizator jest wyposażony, to również paski stopek i pas trzymający głowę.
- Otworzyć stabilizator kolan poprzez odciągnięcie zaczepów i obrócenie ich o 90° tak jak przedstawiono zdj. 8.2.


zdj. 8.1



zdj. 8.2

Urządzenie jedynie wtedy będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeżeli będzie dostosowany do wzrostu i ciężaru ciała pacjenta. Główną zasadą przy dopasowywaniu urządzenia jest zapewnienie pacjentowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać pozycji ciała dziecka, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania złej postawy użytkownika.



UWAGA! Początkowe dopasowanie pionizatora do pacjenta dokonuje wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel a kontynuują osoby przeszkolone z rodziny. Prawidłowe dopasowanie urządzenia jest niezbędne dla bezpieczeństwa i warunkuje prawidłowy przebieg rehabilitacji dziecka

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

8.3. Pionizacja

Aby móc spionizować pacjenta należy:

1. Przygotować miejsce w którym odbywać się będzie proces pionizacji. Pomieszczenie o wolnej przestrzeni brak zagrożeń (porozrzucane na podłodze zabawki lub inne przedmioty).
2. Przysunąć pionizator jak najbliżej miejsca w którym przebywa pacjent.
3. Zablokować kołka w pionizatorze, wózku lub innym urządzeniu na którym przebywa pacjent.
4. Umieścić pacjenta i upewnić się, że wszystkie podzespoły zostały dobrze ustawione i w razie konieczności poprawić (zdj. 8.4 i zdj. 8.5).

pionizacja przodem



zdj. 8.4

pionizacja tyłem



zdj. 8.5

5. Zapiąć pacjenta wszystkimi dostępnymi pasami oraz zamknąć stabilizator kolan tak aby mieć pewność, że kołki ustalające wskoczyły na swoje miejsce (zdj. 8.6).



zdj. 8.6

6. Upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały poprawnie wyregulowane i dopięte
7. Trzymając obiema rękami pacjenta wraz z górną, ruchomą częścią urządzenia odblokować pedałem pionizartor i powoli przemieścić pacjenta do pozycji pożądanej, a następnie zablokować puszczając pedał.
8. Zamontować stolik (w przypadku pionizacji tyłem).
9. Aby wyjąć pacjenta z urządzenia należy postąpić w odwrotnej kolejności.

UWAGA!
Czas trwania pionizacji jest indywidualny dla każdego pacjenta. W początkowym okresie pionizacji zaleca się stopniowe wydłużanie tego czasu (okres adaptacji organizmu do zmiany pozycji). Decyzję o czasie trwania pionizacji podejmuje lekarza prowadzący lub fizjoterapeuta. Pionizacja pacjenta powinna przebiegać pod nadzorem osób przeszkolonych!

Wskazane jest odwracanie uwagi pacjenta w trakcie pionizacji przez:
- zabawy manipulacyjne,
- zabawy edukacyjne,
- stymulacje dotykowe i inne.

UWAGA! Przed każdorazowym przystąpieniem do użytkowania pionizatora, należy w pierwszej kolejności dopasować go do użytkownika!



UWAGA! Przed przystąpieniem do pionizacji należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

UWAGA! Zabrania się pozostawiania pacjenta w urządzeniu bez opieki i nadzoru opiekuna!



UWAGA! Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać pionizację, wyjąć pacjenta z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu pionizacji

9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA! Pionizator **KOTEK II INVENTO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

Przed decyzja zakupu pionizatora **KOTEK II INVENTO™** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub rehabilitanta o prawidłowym doborze pionizatora oraz jego rozmiarze. Przed rozpoczęciem użytkowania pionizatora należy zapoznać sie z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem pionizatora **KOTEK II INVENTO™** należy:
   - sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać pacjentowi podczas eksploatacji fotelika;
   - upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
   - sprawdzić czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
   - sprawdzić sprawność hamulców;
   - sprawdzić prawidłowość działanie sprzączek;
   - zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm;
   - dopasować urządzenie do wymiarów i potrzeb pacjenta np. ustawienie pelot, podnóżka itp.;

- upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień urządzenia są stabilne i zablokowane
- zabezpieczyć pacjenta wszelkimi dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia pionizatora takimi jak: kamizelka, pasy stabilizujące stopy, peloty, klin międzyudowy, zagłówek. Ma to na celu zabezpieczenie pacjenta m.in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia;

2. Zabrania się użytkowania pionizatora w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
3. Zabrania się użytkowania pionizatora jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiejkolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania pacjenta w pionizatorze bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać urządzenia jeżeli nie ma w pobliżu przeszkolonego opiekuna lub personelu medycznego.
6. Zabrania się pozostawiania pionizatora z pacjentem na terenie pochyłym lub nierównym bez opiekuna, pomimo aktywnego hamulca.
7. Zabrania się wjeżdzania/zjeżdzania pionizatorem po schodach, zarówno z pacjentem jak i bez.
8. Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania i wysiadania z pionizatora pacjent nie stawał na podnóżku.
9. Wsiadanie i wysiadanie pacjenta z pionizatora zawsze powinno odbywać się przy aktywnym hamulcu.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania pionizatora kończyny pacjenta nie dostawały się między regulowane elementy urządzenia.
11. Pionizator należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury. Pionizator nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
12. Podczas transportu pionizatora bez pacjenta należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.

UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń !

UWAGA! Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko.

UWAGA! Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji pionizatora, ponieważ jest to niebezpieczne dla pacjenta i powoduje utratę gwarancji.



UWAGA! Pierwsze posadzenie pacjenta następuje zwykle w warunkach domowych przez autoryzowanego serwisanta lub prowadzącego terapeutę (konieczność prawidłowego dopasowania pionizatora do rozmiarów i stanu fizycznego dziecka), a kontynuują osoby przeszkolone z rodziny. Prawidłowe dopasowanie poszczególnych podpórek i obejm jest niezbędne dla bezpieczeństwa i warunkuje prawidłowy przebieg rehabilitacji dziecka!

UWAGA! Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli pomiarowej na stronie 8 instrukcji.

1) AKCES-MED. Sp. z o.o. sprzedaje sprzęty sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.

2) Pionizator **KOTEK II INVENTO** jest objęty 24 miesięczną gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez pacjenta. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.

3) Uszkodzenia powstałe po okresie 24 miesięcy mogą być usunięte na koszt użytkownika, chyba że sprzęt jest przedmiotem refundacji. W takim wypadku Użytkownik może wystąpić o refundację przez NFZ naprawy sprzętu wykonanej w ramach serwisu pogwarancyjnego.

4) Producent określa czas użytkowania wyrobu na 36 miesięcy. Po tym okresie Użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do Producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.

5) W razie uszkodzenia sprzętu należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy AKCES-MED (tel. 17/ 864 04 70).

10 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Pionizator będący urządzeniem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie urządzenia muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja pionizatora są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Aby Państwa pionizator zachowywał odpowiednią estetykę należy zapewnić mu właściwą konserwację. W tym celu należy stosować się do poniższych wskazówek:

1. W przypadku zabrudzenia tapicerki zaleca się mycie letnią wodą oraz miękką szmatką nasączoną łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym. Użycie zbyt mokrej szmatki może spowodować powiększenie plamy, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tkaniny przed kolejnym powtórzeniem czyszczenia. Po wywabieniu plamy, tapicerkę należy opłukać przy użyciu letniej wody i czystej białej szmatki.
2. Tapicerki nie należy zamaczać!
3. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
4. Nie wolno czyścić tapicerki mocnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi, chloru.



UWAGA! Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących firma Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

5. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia. Przed ponownym użyciem urządzenia tapicerka zawsze musi być sucha!
6. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować urządzenia podczas używania go przez pacjenta.
7. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.

UWAGA! Przed ponownym użyciem pionizatora, tapicerka zawsze musi być sucha!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić kółka z wszelkich zanieczyszczeń;
- sprawdzić unosząc podstawę czy koła są prawidłowo dokręcone, nie zniszczone, czy hamulec zatrzymuje obracające się koło;
- sprawdzić, czy konstrukcja pionizatora nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji;
- upewnić się, czy części drewniane nie mają drzazg, czy nie odłamały się fragmenty konstrukcji lub nie występują oznaki zmęczenia materiału;
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym, zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone;
- sprawdzić, czy paski kamizelki, pasów tułowia, pasy stabilizacji stóp itp. nie są postrzępione, a sprzączki i klamry działają prawidłowo.

UWAGA! Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe przy prawidłowej eksploatacji wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na producencie.

UWAGA! W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.




11 OZNAKOWANIE

11.1. Symbole

CE	Deklaracja, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze		Chronić przed promieniami słonecznymi
REF	Numer katalogowy	5°C 35°C	Ograniczenie temperatury przechowywania
SN	Numer seryjny	45% 70%	Wilgotności względna przechowywania
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi		Suszyć pionowo
	Uwaga!		Nie chlorować
	Wytwórca		Nie prasować
	Data produkcji		Nie suszyć w suszarce bębnowej
LATEX	Wyrób nie zawiera lateksu		Nie stosować bielenia
	Przechowywać w suchym miejscu		Ostrożnie, delikatna zawartość
	Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających		Zakaz pozostawiania pacjenta bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
			Wyrób przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń

11.2. Przykładowa tabliczka znamionowa



AKCES MED

PRODUCENT PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Akces-MED Sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com
e-mail: produkcja@akces-med.com

Autoryzowany Przedstawiciel

Data wydania: 06.10.2010 **Data ostatniej aktualizacji:** 11.05.2017

Our passion – your independence!